

NIVEL

DETECTORES DE NIVEL PARA SÓLIDOS

MODELO SOLIBA Ex versión P - polvo

- Certificado ATEX (SF 2000 ECO)
- Marcaje ATEX - CE 0081 II 1 GD Ex ia IIC T6 Ex tD A20 IP6X T°70°C
- Usos:
 - Detención de llenado. Para detección de niveles altos
- Dimensiones:
 - Altura: 200 mm.
 - Diámetro: 92 mm.
- Este aparato con doble carcasa ha sido diseñado para una utilización en zonas explosivas, para la detección de niveles de sólidos (cereales, granulados, polvos). Suspendido en el depósito, está recomendado para la detención del llenado de silos y zonas de almacenamiento. Esta certificado ATEX para uso en zonas 20, 21, 22 (polvo) y no en zonas con gas. Para eso, utilizar la versión « GP ».
- Dispone de un ángulo diferencial de $\pm 10^\circ$.



ESPECIFICACIONES

Funcionamiento	Por inclinación
Usos	Detención del llenado de silos (cereales, pulverulentos)
Temperatura máxima	T6 y Ta: de - 20°C a + 70°C / idem
Protección	IP 6X
Características eléctricas	240 VCA- 50/60 Hz
Capacidad de corte	1A (protección fusible calibrado)
Contactador (microrruptor inversor)	Contactos plata / níquel
Envoltorio bicónico	Polipropileno copolímero + HR HY (hypalon)
Cables normalizados	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Tipo de cable	3 conductores 1 mm ²
Peso flotador sin cable	495 g
Peso cable	HR HY 110 g/m
Lastre ajustable sobre cable (serie)	Resina cargada 250 g
Longitud de cable (serie)	5, 10, 15, 20, 25 y 30 m (Longitud de cable (serie))

CERTIFICACIÓN ATEX – LO QUE SE DEBE SABER

Es importante saber que los equipos de regulación de nivel Ex certificados ATEX son obligatorios en la mayoría de las estaciones de bombeo, de silos con granos y algunos silos con pulverulentos. También hace falta saber que el usuario debe determinar, antes de cualquier instalación, si se trata o no de una estación de bombeo o de silos con riesgos explosivos.

Las zonas explosivas son clasificadas 0, 1, 2 con riesgos de gas y 20, 21, 22 con riesgos de polvo. Por consecuencia, es altamente recomendado no tomar ningún riesgo en esta situación porque puede resultar una catástrofe.

PROTECCIÓN

Las SOLIBA Ex Versión "P" (polvo) (SF 2000 ECO) son diseñadas y certificadas para una utilización en zonas peligrosas clasificadas 20, 21, 22 (polvo). Son conformes a las normas de pruebas siguientes:

- EN 50014 (1992)
- NF EN 50014 (1994)
- EN 50281-1-1 (1998)
- EN 50281-1-2 (1998)
- EN 50020 (1994)
- NF EN 50020 (1995)
- Zonas particularmente explosivas (EX ia del grupo IIC).
- Certificado LCIE 00 ATEX 6003 X/01 del 19/10/2006 según la directiva 94/9/CE

CONEXIÓN / PROTECCIÓN

La protección se puede realizar con un fusible calibrado respetando seriamente las características eléctricas máximas:

Un: 240 V - In: 1 A.

¡PRECAUCIÓN! La falta de respeto de las instrucciones siguientes puede tener consecuencias graves. Sólo se pueden conectar con materiales asociados certificados de seguridad intrínseca y sus accesorios tienen que ser compatibles con la seguridad intrínseca sin exceder los valores indicados sobre las características eléctricas de los aparatos mencionadas sobre la ficha técnica nº1.

IMPORTANTE Una utilización no especificada por el constructor o una intervención por una autoridad no competente puede impedir el funcionamiento de estos aparatos y tener consecuencias muy graves. El fabricante no compromete su responsabilidad si el usuario no respeta las reglamentaciones sobre las protecciones en relación con los riesgos sanitarios, de incendio y de explosión.

—|CATÁLOGOS

—|SERVICIOS

—|EMPRESA

—|MANUALES

Delegaciones:

Andalucía

ventas@instycal.com

Extremadura

daniel.garcia@instycal.com

Galicia

virginia.vazquez@instycal.com

